

耐 圧 試 験 器 仕 様 書

承認	審査	作成

1. 型式 HVT-150-50
2. 仕様書番号 No. 8-860-2
3. 外形図 M-86778
結線図 S-85233
4. 定格

4-1	入力電圧	単相	50/60 Hz	200V
4-2	入力切換方式	_____		
4-3	最大出力電圧	15kV	中間タップ	_____
4-4	出力調整	0~15kV	連続可変	
4-5	出力電流	333mA	容量	5kVA
4-6	定格時間	30分		
4-7	過電流設定	33~333 mA	連続可変	
5. 特性及び方式

5-1	過電流検出	即時動作過電流継電器
5-2	タイマー設定	0.12~1.2/0.3~3/1.2~12/3~30分 (切替式)
5-3	パネル計器	1次 _____ 2次 電圧計・電流計
5-4	表示灯	電源(POWER), 耐圧中(TEST), 耐圧不良(NG)
5-5	ブザー	耐圧不良時
5-6	出力端子	1線アース式
5-7	本体構造	移動型
5-8	その他	
6. 耐力・絶縁抵抗

6-1	1次-2次間	22.5kV	100MΩ
6-2	2次-アース間	22.5kV	100MΩ
6-3	1次-アース間	1.5kV	10MΩ
7. 塗装色

パネル、カバー	マンセル 5Y7/1
---------	------------
8. 付属品

無し

9. 備考

2次電圧計は3次巻線方式とする。
 ゼロボルトスタート機能付 (端子5・6間ショートにて機能キャンセル)
 リモートコントロール機能付